

Sodi Scientifica s.r.l. Via Poliziano, 20 50041 - Calenzano (FI)

Mail: info@sodi.com

Tel.: +39 055886861

Centro di Taratura LAT N° 290 Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 290

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n° Certificate of Calibration n°

Autovelox 106 07-07-22 953537

Page 1 of 4

-	data di emissione
	data of issue

- cliente customer

 destinatario receiver

07/07/2022

Comune Coriano (RN) P.za Mazzini, 15

Comando Polizia Municipale Coriano (RN) V. Patrignani, 4

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N.º 290 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Refering to

 oggetto item

 costruttore manufacturer

 modello model matricola

serial number

- data di ricevimento oggetto date of receipt of item - data delle misure

date registro di laboratorio laboratory reference

Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli

Sodi Scientifica S.r.l.

Autovelox 106

(rilevatore) 953537

07/07/2022

07/07/2022

Autovelox 106 07-07-22_953537

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 290 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura citata alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specificed.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determinated according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Responsabile di Laboratorio (Approving Officer)

Fabio

Settecase



Centro di Taratura LAT N° 290 Calibration Centre



Sodi Scientifica s.r.l. Via Poliziano, 20 50041 - Calenzano (FI) Tel.: +39 055886861 Mail: info@sodi.com Laboratorio Accreditato di Taratura Accredited Calibration Laboratory LAT N° 290 Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4 Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°

Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_07-07-22_953537

- Descrizione dell'oggetto in taratura

Description of the item to be calibrated

Il dispositivo sottoposto a taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli basato su tecnologia laser, con risoluzione pari a 1 km/h.

Identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature
 Technical procedures used for calibration performed

I risultati di misura riportati nel presente Certificato di Taratura sono stati ottenuti applicando la procedura PRT.74.01 rev.02.

- Identificazione dei campioni che garantiscono la catena di riferibilità del Centro Identification of instruments which guarantee the traceability chain of the Center

La catena di riferibilità ha origine dai seguenti campioni di prima linea:

- S/N 4709/07, matr. 1001, munito di Certificato di Taratura n. C19363/21 emesso da S.D.M. Measuring Instruments snc in data 07/04/2021
- S/N MY40016248, matr. 1002, munito di Certificato di Taratura n. 21-0347 emesso da Gamma Misure S.r.l. in data 11/03/2021
- S/N 160323410, matr. 1003, munito di Certificato di Taratura n.111-21077 emesso da Federal Institute of Metrology METAS in data 01/03/2021
- S/N 950892, matr. 1004, munito di Certificato di Taratura n. CT-IGRO-0136-2021 emesso da Trescal S.r.l. in data 15/03/2021
- Luogo di taratura e condizioni ambientali
 Site of calibration and environmental conditions

La taratura è stata effettuata in laboratorio.

Temperatura ambiente:

min 29,25 °C

max 29,55 °C

Tipo di verifica
 Verification type

Lo strumento in taratura è stato sottoposto ad una verifica di taratura periodica, in accordo al D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, Capo 3.

Responsabile di Laboratorio (Approving Officer)

Fabio

Settecase



Centro di Taratura LAT N° 290 *Calibration Centre*



Sodi Scientifica s.r.l. Via Poliziano, 20 50041 - Calenzano (FI) Tel.: +39 055886861 Mail: info@sodi.com

Laboratorio Accreditato di Taratura Accredited Calibration Laboratory LAT N° 290

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4 Page 3 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n° Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_07-07-22_953537

- Campo di velocità e distribuzione dei valori di velocità simulata Range of measurements and distribution of simulated speed values

30	km/h
230	km/h
550	
V_{REF}	N° rilev.
30	50
50	50
70	50
90	50
110	50
130	50
150	50
170	50
190	50
210	50
230	50
	230 550 V _{REF} 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210

Responsabile di Laboratorio (Approving Officer)

Fabio

Settecase

Dala



Sodi Scientifica s.r.l.

Via Poliziano, 20 50041 - Calenzano (FI)

Tel.: +39 055886861 Mail: info@sodi.com

Centro di Taratura LAT N° 290 Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 290

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n° Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_07-07-22_953537

Page 4 of 4

Dichiarazione di conformità Declaration of conformity

- riferimento normativo referring standard

DM 282 del 13 giugno 2017 Circolare Accredia 04/2019/DT

- tipo di verifica e limiti verification type and limits

Verifica periodica

 L_{R1m} L_{R2m} 4,00 0,960 1,040 0,985 1,015 1,50

- Risultati della verifica ed incertezza di misura Verification results and expanded uncertainity

V _{REF}	S (V _{UUT} - V _{REF})							U		V _{UUT} /V _F	REF)	Verif. singola	Verif. media
[km/h]	medio		ma	ax.	m	in.	(inc. estesa)		medio	max.	min.	misura	misure
30	-0,01	km/h	-0,01	km/h	-0,01	km/h	0,32	km/h	-	-	-	conforme	
50	-0,01	km/h	-0,01	km/h	-0,01	km/h	0,32	km/h	-	-	-	conforme	conforme
70	-0,02	km/h	-0,02	km/h	-0,02	km/h	0,33	km/h	-	-	-	conforme	comorne
90	-0,02	km/h	-0,02	km/h	-0,02	km/h	0,43	km/h	-	-	-	conforme	
110	0,00	%	0,89	%	-0,02	%	0,48	%	1,000	1,009	1,000	conforme	
130	0,13	%	0,75	%	-0,02	%	0,49	%	1,001	1,008	1,000	conforme	
150	-0,02	%	-0,02	%	-0,02	%	0,48	%	1,000	1,000	1,000	conforme	
170	-0,34	%	1,16	%	-0,60	%	0,50	%	0,997	1,012	0,994	conforme	conforme
190	-0,13	%	1,04	%	-0,54	%	0,52	%	0,999	1,010	0,995	conforme	
210	-0,04	%	0,94	%	-0,49	%	0,51	%	1,000	1,009	0,995	conforme	
230	0,15	%	0,86	%	-0,45	%	0,51	%	1,002	1,009	0,996	conforme	

Il dispositivo in taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risulta conforme ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

> Responsabile di Laboratorio (Approving Officer)

Fabio

Settecase